

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΡ.49 ΤΚ 54642

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ  
ΤΗΛ. 2310892713  
FAX. 2310892714

Θεσσαλονίκη 2/9/2019

ΠΛΗΡ.: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

## ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 2662 / 2019

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892714 και έως 6/9/2019 ώρα 17:00μμ για το είδος:  
**ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ**

### Αναλυτικότερα :

- 2-1311250012 ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΜΦΥΣΗΣΗΣ CO2 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ  
KARL STORZ ENDOFLATOR 50 [ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ].
- 2-1311250013 ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ KARL  
STORZ S-PILOT [ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ]
- 2-1311290003 ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 99,9999%, ΓΙΑ  
ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ KARL STORZ S-PILOT [ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ].
- 2-1311200022 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ, 45  
ΔΟΣΕΩΝ.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ,  
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ, 45 ΔΟΣΕΩΝ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE MARK. ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ. 45 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 0,0125 GR, ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ  
ΚΥΑΝΟΑΚΡΙΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ. ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ. ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΟΥΣ  
ΙΣΤΟΥΣ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΝΟ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ  
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ. ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  
ΤΟΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡΙΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ.

2-1311200023 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 35,5CM ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ, 40 ΔΟΣΕΩΝ.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 35,5CM, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ, 40 ΔΟΣΕΩΝ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ CE MARK. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΕΟΥ 5 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ 35,5 CM. ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ. 40 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 0,0125 G, ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΚΟΛΛΑΣ. ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ. ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ, ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ.

2-1311200024 ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ ΕΔΡΑΣ.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ ΕΔΡΑΣ, ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ, ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ, ΜΕ ΠΡΟΚΥΡΤΩΜΕΝΟ - ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ - ΑΥΛΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ, ΑΠΟ ΔΥΟ ΥΛΙΚΑ, ΡΡ(ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ) 12% ΚΑΙ ΡVDF(ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ) 88% ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 16 X 16 X 3 CM & 17 X 17 X 4 CM

2-1311200025 ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ ΕΔΡΑΣ, ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (VISIBLE), ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ MRI.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΗΛΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΥΣΙΝ ΕΔΡΑΣ, ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ, ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ, ΜΕ ΠΡΟΚΥΡΤΩΜΕΝΟ - ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ - ΑΥΛΟ 3 CM, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΙΑΣ, ΑΠΟ ΔΥΟ ΥΛΙΚΑ, ΡΡ (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ) 12% ΚΑΙ ΡVDF (ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ) 88% ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ 100% ΡVDF (ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ ΦΘΟΡΙΟΥΧΟ) ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ, ΜΟΝΗΡΟΥΣ ΠΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (VISIBLE), ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ MRI. ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 16 X 16 X 3 CM.

**Σημειώνεται :**

Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφορά σας και το όνομα του χειριστή της.

Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ σας.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται), η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ του είδους.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ)  
Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.

**ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.**