INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.04.29 08:32:08 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη
☎ (031) 892212,892213 Fax 853733
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμ. 712

1. Τη με αριθμό πρωτ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 2764/16.1.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Φ.Ε.Κ. 65/31.1.2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), περί διορισμού του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο».
2. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 21η/18.12.2019 συνεδρίασή του, (θέμα 15ο), (ΑΔΑ: 6ΔΝΒ469067-3ΦΜ), με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΗΝΩΣΗΣ», για την κάλυψη των αναγκών του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.020,00 € με το Φ.Π.Α.
3. Το σχετικό συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. διακ. 19/2020, περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε στον Ημερήσιο Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.
4. Την υπ' αριθμ. 764/18.2.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, (ΑΔΑ: ΨΒΣΙ469067-ΝΦΦ), του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης στον ΚΑΕ 7131.01.
5. Την υπ΄ αριθμ. 308/25.2.2020, (ΑΔΑ: 6ΓΕΝ469067-Ρ2Χ), Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου περί ορισμού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
6. Τη μία (1) προσφορά που κατατέθηκε.
7. Το από 9.3.2020 Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρεται:
   «Προχωρήσαμε στην παραλαβή της μοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε από την εταιρεία Safeblood Bioanalytica Α.Ε.
   Κατόπιν και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 327, του ν. 4412/2016, στο οποίο αναφέρεται ότι «Οι προσφορές των εταιριών υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μίας μόνο προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης», προχωρήσαμε στην παραλαβή και αποσφράγιση της μίας κατατεθείσας προσφοράς και μονογράψαμε τους υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά».

Στη συνέχεια αποσφραγίσαμε τους υποφάκελους «Δικαιολογητικά συμμετοχής», «Τεχνική προσφορά» και «Οικονομική προσφορά» και τους μονογράψαμε κατά φύλλο.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς σε προσεχή ημερομηνία και λύσαμε τη συνεδρίαση.

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για έγκριση».

8. Το από 13.4.2020 Πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, στο οποίο αναφέρεται:

«Προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας Safeblood Bioanalytica Α.Ε. και διαπιστώσαμε ότι ήταν πλήρη, νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Εν συνεχεία προχωρήσαμε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Η εταιρεία Safeblood Bioanalytica Α.Ε., προσφέρει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Εμπέδωσης Ιστών με παραφίνη MPS/P2 του κατασκευαστικού οίκου SLEE Γερμανίας, Lise-Meitner Strasse 11, Γερμανία, ως εξής:

Α/Α/	Είδος	Ζητούμενη ποσότητα
1	MPS/P2, οίκου SLEE Γερμανίας #10185000 # Ολοκληρωμένο Σύστημα εμπέδωσης ιστών σε παραφίνη. Αποτελείται από τα παρακάτω: Α) MPS/P Μονάδα Διανομής Παραφίνης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά (#10170000) - Διανομέας Παραφίνης με χωρητικότητα 5.5 λίτρα παραφίνης - Ρύθμισης Θερμοκρασίας από 50 °C έως 80 °C σε βήματα του 1 °C - Φωτισμός τεχνολογίας LED - Μεγεθυντικό Φακό και ποδοδιακάπτη - Συρτάρι για, την συλλογή & απόρριψη της παραφίνης - Ψυχόμενο Σημείο (clod spot) - Ενσωματωμένο Μηχανισμό Trimmer - Ευανάγνωστη οθόνη με πλήκτρα αφής - Προγραμματιζόμενες ώρες λειτουργίας Β) MPS/W Μονάδα αποθήκευσης κασετών και καλουπιών - Ξεχωριστός Θάλαμος Αποθήκευσης μέχρι και 150 κασετών - Ξεχωριστός Θάλαμο Αποθήκευσης μέχρι και 500 καλουπιών - Ρύθμισης θερμοκρασίας από 50 °C έως 80 °C σε βήματα του 1 °C - Ευανάγνωστη οθόνη με πλήκτρα αφής - Προγραμματιζόμενες ώρες λειτουργίας Γ) MPS/C Ψυχόμενη Πλάκα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά' - Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας μέχρι και -15 °C βήματα του 1 °C - Ευανάγνωστη οθόνη με πλήκτρα αφής - Χωρητικότητα 80 μπλοκ παραφίνης - Προγραμματιζόμενες ώρες λειτουργίας Δ) Electrically heated forceps (#10196001)	1

	- Ηλεκτρικά θερμαινόμενη λαβίδα Ε) Transparent hood for MPS/C (#10175100) - Ειδικά Σχεδιασμένο διαφανές κάλυμμα gγια χρήση με την μονάδα ψύξης. MPS/C για την διατήρηση των συνθηκών και την αποφυγή σχηματισμού πάγου. - Εγγύηση: Δύο (2) έτη Κατά τη διάρκεια, ισχύος της εγγύησης ο τελικός χρήστης δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωσή μας για μία προληπτική συντήρηση ανά έτος, ώστε ο εξοπλισμός να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας, καθώς επίσης και η υποχρέωσή μας για απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για επανορθωτική επέμβαση (βλάβη). Στην εγγύηση επίσης περιλαμβάνεται το κόστος οποιουδήποτε ανταλλακτικού απαιτηθεί για την επιδιόρθωση βλαβών. Η επέμβαση για την αποκατάσταση κάθε βλάβης δεν θα ξεπερνά τις 24 ώρες από την στιγμή γνωστοποίησης της βλάβης.	

και διαπιστώσαμε ότι ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Κατόπιν προχωρήσαμε στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Safeblood Bioanalytica Α.Ε., η οποία έχει ως εξής:

Α/Α	Είδος	Ζητούμενη ποσότητα	Προϋπολογιζόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Προσφερόμενη τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ
	MPS/P2, οίκου SLEE Γερμανίας #10185000#	1	10.500,00 € (δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ)	10.000,00 € (δέκα χιλιάδες ευρώ)	10.000,00 € (δέκα χιλιάδες ευρώ)	12.400,00 € (δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ)

Για το εν λόγω είδος δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ. της Ε.Π.Υ. κι αφετέρου το Νοσοκομείο μας δεν διαθέτει ανάλογα στοιχεία από προηγούμενες συμβάσεις. Η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται στα 10.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 12.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%, και είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (10.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., 13.020,00 € με το Φ.Π.Α.). Παρόλα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 327, του ν. 4412/2016, στο οποίο αναφέρεται ότι «Οι προσφορές των εταιριών υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μίας μόνο προσφοράς, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης».

προτείνουμε:

α) Την προμήθεια του είδους «ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΗΝΩΣΗΣ», από την εταιρεία Safeblood Bioanalytica Α.Ε., με συνολική δαπάνη 10.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 12.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Η τιμή αυτή δεν υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη (10.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., 13.020,00 € με το Φ.Π.Α.).

β) Να κληθεί η εταιρεία Safeblood Bioanalytica Α.Ε., να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού (άρθρο 5).

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από την Επιτροπή και υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για έγκριση».

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

10. Το από 22.4.2020 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 18328/23.4.2020) έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού, της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 8573/3.3.2020 έγγραφο του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με θέμα: «Εκκρεμότητες λόγω έλλειψης Διοικητικού Συμβουλίου.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 14, του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».

Κατόπιν των ανωτέρω, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ενόψει της αρχής της συνέχισης της Δημόσιας Διοίκησης,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

α. Την επικύρωση των από 9.3.2020 και 13.4.2020 Πρακτικών παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΗΝΩΣΗΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.500,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 13.020,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

β. Την προμήθεια του είδους «ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΗΝΩΣΗΣ», από την εταιρεία Safeblood Bioanalytica Α.Ε., με συνολική δαπάνη 10.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 12.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%. Η τιμή αυτή δεν υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη (10.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., 13.020,00 € με το Φ.Π.Α.).

γ. Να κληθεί η εταιρεία Safeblood Bioanalytica Α.Ε., να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που ορίζονται στη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού (άρθρο 5).

δ. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ