

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΡ.49 ΤΚ 54642

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΤΗΛ. 2310892713
FAX. 2310862000

Θεσσαλονίκη 18/2/2020

ΠΛΗΡ.: ΓΩΓΟΒΙΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο580/2020

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310862000 και έως **25/2/2020 ώρα 17:00** για το είδος:
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΟΧ/ΚΗΣ

Αναλυτικότερα :

2-1311160014 Μόσχευμα ΡΤΦΕ διπλού τοιχώματος που περικλείει σκελετό από χειρουργικό χάλυβα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μόσχευμα ΡΤΦΕ διπλού τοιχώματος που περικλείει σκελετό από χειρουργικό χάλυβα (sandwich) εκτεινόμενο με μπαλόνι, κατάλληλο για βλάβες περιφερικών αγγείων και για ειδικές ενδοαυλικές τεχνικές. Να διαθέτει συστήματα τοποθέτησης κατάλληλα για πρόσβαση από την κοινή μηριαία και την βραχιόνιο αρτηρία καθώς επίσης και πολύ μεγάλη αντοχή στην υπερδιάταση. Διάμετρο 5, 6, 7, 8, 9, 10mm και με μήκος 16, 22, 38, 59mm, μήκος καθετήρα 80cm και 120cm

2-1311160015 Χειρουργικά μοσχεύματα δύο στρωμάτων ΕΡΤΦΕ με ενισχυτικούς εξωτερικούς δακτυλίους κανονικού τοιχώματος και ενσωματωμένο μεταλλικό άκρο για ευκολότερο χειρισμό για fistula VXT.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Χειρουργικά μοσχεύματα δύο στρωμάτων ΕΡΤΦΕ με ενισχυτικούς εξωτερικούς δακτυλίους κανονικού τοιχώματος και ενσωματωμένο μεταλλικό άκρο για ευκολότερο χειρισμό για fistula VXT. Να διαθέτουν αποσπώμενο υδρόφιλο περίβλημα έτσι ώστε το μόσχευμα να μην έρχεται σε επαφή με παράγοντες που είτε μπορούν τα το φθείρουν είτε να το επιμολύνουν

2-1311160016 Χειρουργικά μοσχεύματα δύο στρωμάτων ΕΡΤΦΕ με ενισχυτικούς εξωτερικούς δακτυλίους και ενσωματωμένο μεταλλικό άκρο λεπτού τοιχώματος για ευκολότερο χειρισμό για by pass.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Χειρουργικά μοσχεύματα δύο στρωμάτων ΕΡΤΦΕ με ενισχυτικούς εξωτερικούς δακτυλίους και ενσωματωμένο μεταλλικό άκρο λεπτού τοιχώματος για ευκολότερο χειρισμό για by pass. Να διαθέτουν αποσπώμενο υδρόφιλο περίβλημα έτσι ώστε το μόσχευμα να μην έρχεται σε επαφή με παράγοντες που είτε μπορούν τα το φθείρουν είτε να το επιμολύνουν."

Σημειώνεται :

Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφοράς σας και το όνομα του χειριστή της.

Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ σας.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να

φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται), η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ του είδους.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ)
Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.