

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΡ.49 ΤΚ 54642

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΤΗΛ. 2310892713
FAX. 2310862000

Θεσσαλονίκη 4/3/2020

ΠΛΗΡ.: ΓΩΓΟΒΙΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 760 / 2020

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310862000 και έως 10/3/2020, ώρα 17:00 για το είδος:
ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Αναλυτικότερα :

10-1311050038 Φίλτρα αιμοπροσρόφησης με ουδέτερη μεγάλων πόρων 3D προσροφητική ρητίνη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Φίλτρα αιμοπροσρόφησης με ουδέτερη μεγάλων πόρων 3D προσροφητική ρητίνη τεχνολογίας δευτερεύουσας εγκάρσιας σύνδεση (secondary cross linking) από polycarbonate και προσροφητικό υλικό styrene divinylbenzene copolymers με ικανότητα προσρόφησης ουραιμικών τοξινών μέσου μοριακού βάρους καθώς και συνδεδεμένων με πρωτεΐνες. Το φίλτρο να επιτυγχάνει ροή αίματος 200-250ml/min, όγκο πλήρωσης 110±5ml και χωρητικότητα 130±3ml. Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι η γ ακτινοβολία. Τα φίλτρα να είναι αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, να συνοδεύονται από ειδικές γραμμές σύνδεσης και να εφαρμόζονται σε ποικίλες τεχνικές αιμοκάθαρσης (κλασική αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση).

10-1311050039 B2 Μembrane Medium Cut off κραματος Πολυαρυλαιθεροσουλφονης και Πολυβινυλοπυρρολιδονης BPA FREE (τύπου THERANOVA) επιφάνειας 2,0 m2.

10-1311050042 B2 φίλτρο Medium Cut off κράματος Πολυαρυλαιθεροσουλφόνης και Πολυβινυλοπυρρολιδόνης, BPA free με επιφάνεια 1,7 m2

10-1311050040 ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΗΣΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Συνδετική βαλβίδα ασφαλείας για δημιουργία κλειστού κυκλώματος μεταξύ κεντρικού φλεβικού καθετήρα και γραμμής αιμοκάθαρσης με ροή αίματος 600 ml/min, νεκρό χώρο 0,45 cc για συνεχή χρήση 7 ημερών. Να έχει μηδενική παλινδρόμηση αίματος κατά την αποσύνδεση και να επιτρέπει την κατάργηση της χρήσης ηπαρίνης. Να είναι περιβεβλημένη εξωτερικά με μη ερεθιστική για το δέρμα επικάλυψη σιλικόνης και να έχει έγκριση για χρήση στην αιμοκάθαρση.

10-1311050041 οροί εμπλουτισμένοι με ηπαρίνη με περιεκτικότητα 6 000IU/L ΚΑΙ 10000U/L

Σημειώνεται :

Να αναγράφεται ο αριθμός της έρευνας που αντιστοιχεί η προσφοράς σας και το όνομα του χειριστή της.

Παρακαλούμε να αναγράφετε το Α.Φ.Μ σας.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία (όπου απαιτείται), η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να αναγράφεται ο αντίστοιχος Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ του είδους.(ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ)
Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.