

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΓΚΟΥ

- Μικροφυγόκεντρος, μη ψυχόμενη, 24 θέσεων με κεφαλή που να δέχεται σωληνάρια 1.5-2 ml σωληνάρια έπιντορφ.
- να έχει μέγιστη ταχύτητα 13.300 rpm και 17.000xg RCF.
- δυνατότητα χρόνου φυγοκέντρησης μέχρι 99 min με προσαύξηση χρόνου ανά 1min.
- η κεφαλή να φέρει safeseal καπάκι.
- να καταλαμβάνει μικρό χώρο στον εργαστηριακό πάγκο, με αποτύπωμα μικρότερο από 24x36cm
- κατατίθεται δήλωση εξουσιοδότησης κατασκευαστή για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό καθώς και για επιστημονική και τεχνική υποστήριξη.

Ο Διευθυντής της Γ' Παιδιατρικής Κλινικής



Εμμανουήλ Ρουλίδης
Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας ΑΠΘ