

Θεσσαλονίκη 28/09/2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΕΣ PCR

1. Να έχει δυνατότητα φυγοκέντρησης τουλάχιστον δύο πλακών PCR
2. Η φόρτωση των πλακών να γίνεται κατακόρυφα από πάνω
3. Να ξεκινά και να σταματά σε δευτερόλεπτα
4. Η ταχύτητα φυγοκέντρησης να είναι τουλάχιστον 2.500rpm και να έχει rcf τουλάχιστον 500xg
5. Να είναι πολύ μικρών διαστάσεων λιγότερο από 20 X 22 X 20cm
6. Να λειτουργεί με ρεύμα 220-230V/50Hz

Η Επιτροπή

Ε. Βαγδατή

Γ. Τριανταφυλλίδης

Γ. Τίτιλας

Dr. ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΔΑΤΗ  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ