

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΤΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ.

Προς
Το Γραφείο Προμηθειών
Του Ι.Γ.Ν.Θ.
Ενταύθα

Θεσ/νίκη τη 15/9/2020

Θέμα : «Προδιαγραφές νέου καταψύκτη».

Σε συνέχεια του Εγγράφου της 28/7/2020 με θέμα «Αγορά νέου καταψύκτη» επανερχόμαστε για να αναφέρουμε λεπτομερώς τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο νέος καταψύκτης.

Οι προδιαγραφές αυτές είναι οι εξής:

Διαστάσεις (cm) (Υ Χ Π Χ Β) : 164,4 x 60 x 63.2

Ενεργειακή κλάση: A++

Μικτή χωρητικότητα: 232lt

Αρ. Συρταριών : 7

Ζώνη κλίματος: SN-T

Εγγύηση προμηθευτή: Τουλάχιστον 3 έτη.

Οι παραπάνω προδιαγραφές θεωρούνται απαραίτητες για την σωστή συντήρηση των νουκλειϊκών οξέων RNA και DNA τα οποία απομονώνονται από τα δείγματα ασθενών με σκοπό την ανάλυση τους για την διάγνωση συγκεκριμένων κακοήθων αιματολογικών διαταραχών.

Ελπίζουμε στην γρήγορη ανταπόκριση στο αίτημα μας.

Με τιμή

Εκ του Εργαστηρίου

